



**DA DIVISÃO TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ÁGUA  
À PREGOEIRA**

Leme, 30 de abril de 2026.

**REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 05/2026.**

**OBJETO:** Aquisição de equipamentos e materiais para utilização nos laboratórios das Estações de Tratamento de Água e Esgotos desta Autarquia, conforme especificações, quantidades, condições e exigências estabelecidas no Anexo I (Termo de Referência) do Edital.

**ASSUNTO:** Análise catálogo e propostas.

Prezada,

A seguir manifestação dessa Divisão sobre catálogos e propostas dos Lotes, referentes a Itens que serão utilizados na Estação de Tratamento de Água (ETA):

- Lote 01 (Itens 01 e 02) e Lote 02 estão de acordo com as exigências do Termo de Referência;
- Lote 05: grau de proteção dos Itens 01 e 02 não consta nos catálogos; precisão de leitura do Item 01 é inferior ao exigido no TR: estabeleceu-se  $\pm 2\%$  no Edital e o equipamento apresenta  $\pm 5\%$ ; ausência de limitação da luz espúria no Item 01, descumprindo o índice de  $<0,02$  NTU fixado no TR; ausência no Item 01 de informações como: controle de usuários, rastreabilidade completa e capacidade mínima de armazenamento de 500 registros; e ausência nos Itens 01 e 02 dos graus de proteção IP 67 e 30, respectivamente; ausência no Item 01 de, no mínimo, 03 modos de leitura (normal, média de sinal e leitura contínua), em desconpasso com o TR.
- Lote 06: necessária a correção do Item 01 na proposta, uma vez que o catálogo está compatível com a exigência do TR, mas o descritivo na proposta refere-se a outro equipamento.

Sem mais para o momento, conclui-se pela desclassificação da proposta do Lote 05.

Atenciosamente,

**Cláercio Fernando Mercadante**  
Divisão Técnica de Serviços de Água



## DA DIVISÃO TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ESGOTOS

### À PREGOEIRA

Leme, 30 de abril de 2026.

### REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 05/2026.

**OBJETO:** Aquisição de equipamentos e materiais para utilização nos laboratórios das Estações de Tratamento de Água e Esgotos desta Autarquia, conforme especificações, quantidades, condições e exigências estabelecidas no Anexo I (Termo de Referência) do Edital.

**ASSUNTO:** Análise catálogo e proposta final.


Prezada Pregoeira,


Abaixo segue análise sobre os documentos (catálogos e propostas) dos Lotes, referentes a Itens requeridos na Estação de Tratamento de Esgotos (ETE):

- Lote 01 (Item 03) e Lote 04 cumprem as exigências do Termo de Referência.
- Lote 03: necessária a apresentação dos catálogos dos sensores que acompanham os medidores multiparâmetros, tanto o de bancada como o portátil.
- Lote 05: grau de proteção dos Itens 01 e 02 não consta nos catálogos; precisão de leitura do Item 01 é inferior ao exigido no TR: estabeleceu-se  $\pm 2\%$  no Edital e o equipamento apresenta  $\pm 5\%$ ; ausência de limitação da luz espúria no Item 01, descumprindo o índice de  $<0,02$  NTU fixado no TR; ausência no Item 01 de informações como: controle de usuários, rastreabilidade completa e capacidade mínima de armazenamento de 500 registros; e ausência nos Itens 01 e 02 dos graus de proteção IP 67 e 30, respectivamente; ausência no Item 01 de, no mínimo, 03 modos de leitura (normal, média de sinal e leitura contínua), em descompasso com o TR.

Sem mais para o momento, define-se que a proposta do Lote 05 deve ser desclassificada e a do Lote 03 precisa de complemento.

Atenciosamente,

  
Raquel Ap. Vicentini de Moraes  
Divisão de Serviços de Esgotos

  
Estevão Alan Vieira  
Químico